

ردیف	نام دستگاه / تجهیزات	کد دستگاه	شرکت سازنده	کشور سازنده	مدل	ریزننگری (دقت)	دوره کالیبراسیون	سال بهره برداری	شماره سریال
۱	نفوذپذیری (کوهرلر)	AI-01	Koehler	آمریکا	K 95500-31002	0.1mm	یک ساله	۱۳۹۳	R63460711-E
۲	حمام آب نفوذ پذیری کوهرلر	AI-02	Koehler	آمریکا	K95690	0.1°C	یک ساله	۱۳۹۳	R82290096-E
۳	نقطه نرمی	AI-03	Tavanradasa co	ایران	2005	-	-	۱۳۹۳	-
۴	حمام آب بن ماری	AI-04	شیماز	ایران	-	-	دماسنج مربوطه سالیانه کالیبره می شود.	۱۳۹۳	481380
۵	حمام ویسکوزیته	AI-05	آزمایش ابزار	ایران	T2270	0.1°C	یک ساله	۱۳۹۳	-
۶	نقطه اشتعال	AI-06	آزمایش ابزار	ایران	F 1055	ریزننگری دماسنج مربوطه: 2°C	یک ساله	۱۳۹۳	F 1055
۷	پمپ خلا	AI-07	-	کره	-	-	-	۱۳۹۳	TC63
۸	کشش قیر	AI-08	آزمایش ابزار	ایران	-	1mm	یک ساله	۱۳۹۳	T 1270
۹	ترازو ۴ صفر	AI-09	Vira shin co	ژاپن	HT 224R	0.0001gr	یک ساله	۱۳۹۳	131996054
۱۰	ترازو ۲ صفر	AI-10	Vira shin co	ژاپن	Ag-206E	0.01gr	یک ساله	۱۳۹۳	BL 131011171
۱۱	آون	AI-11	-	کره جنوبی	ON-02G	1°C	یک ساله	۱۳۹۳	S119531
۱۲	نفوذپذیری - بایگانی	AI-12	آزمایش ابزار	ایران	P139	01mm	یک ساله	۱۳۹۳	P1060
۱۳	حمام آب - بایگانی	AI-13	شیماز	ایران	-	-	-	۱۳۹۳	۴۸۱۳۸۰
۱۴	ترمو هیدرومتر	AI-14	TFA	آلمان	-	0.1°C	یک ساله	۱۳۹۳	-
۱۵	کرنومتر	AI-15	TFA	آلمان	-	0.01s	یک ساله	۱۳۹۳	Hitrax
۱۶	نقطه نرمی کوهرلر	AI-16	Koehler	آمریکا	K87890	0.1°C	یک ساله	۱۳۹۴	B342014005

ردیف	نام دستگاه / تجهیزات	کد دستگاه	شرکت سازنده	کشور سازنده	مدل	ریزنگری (دقت)	دوره کالیبراسیون	سال بهره برداری	شماره سریال
۱۷	حمام آب کوهلر	AI-17	Koehler	آمریکا	K33081	0.1°C	یک ساله	۱۳۹۴	B342013026
۱۸	آون اثر حرارت بر کاهش وزن قیر	AI-18	Matest	ایتالیا	B064N	1°C	یک ساله	۱۳۹۴	B064N/AD/001 7
۱۹	نقطه اشتعال کوهلر	AI-19	Koehler	آمریکا	K87490	0.1°C	یک ساله	۱۳۹۴	B342014003
۲۰	کشش پذیری کوهلر	AI-20	Koehler	آمریکا	K80069	01mm	یک ساله	۱۳۹۴	R10011015-C
۲۱	نقطه اشتعال برای قیر MC	AI-21	Matest	ایتالیا	B093N	Rate:1	یک ساله	۱۳۹۵	B093N/AF/0004
۲۲	هات پلیت	AI-22	پارس آزما	ایران	M13	1°C	-	۱۳۹۶	0045
۲۳	میکسر	AI-23	پارس آزما	ایران	M.M12	100	-	۱۳۹۶	0050
۲۴	هیتر تقطیر	AI-24	MTOPC	کره جنوبی	MS-E103	1°C	-	۱۳۹۵	VT-IR 20150227-68/100
۲۵	ویسکوزیته چرخشی	AI-25	Brookfield	آمریکا	DV2T	0.1	یک ساله	بهمن ۱۳۹۸	86008468
۲۶	تقطیر ساده	AI-26	پارسیان تکنولوژی	ایران	PT-1510	0.1°C	یک ساله	تیر ۱۳۹۹	PT02360835
۲۷	وزنه مرجع	AI-W-03		چین	Class F1	0.001gr الی 2000gr	یک ساله	۱۳۹۸	2848
۲۸	نفوذ پذیری آترونی	AI-27	آترونی	ایران	PNR-10		یک ساله	دی ۱۳۹۹	1020021

ردیف	نام دستگاه / تجهیزات	کد دستگاه	شرکت سازنده	کشور سازنده	مدل	ریزننگری (دقت)	دوره کالیبراسیون	سال بهره برداری	شماره سریال
۲۹	اندازه گیری دانسیته اتوماتیک - حداکثر دمای ۹۰ درجه سانتی گراد	AI-28	Koehler	آمریکا	K86200	90 °C 0.0001gr/cm ³	یک ساله	آذر ۱۳۹۹	B472013014
۳۰	نقطه ریزش - تک مخزنه	AI-33	آزمایش ابزار	ایران	P137-50	1 °C	یک ساله	شهریور ۱۴۰۰	PO-400647
۳۱	نقطه اشتعال بسته به روش پنسکی مارتنز	AI-34	آزمایش ابزار	ایران	F1054	1 °C	یک ساله	شهریور ۱۴۰۰	FL-C-400647
۳۲	اواپراتور روتاری-بنماری	AI-35	ورقا تجهیز	ایران	BASIC	سرعت چرخش: 250RPM دمای بن ماری: ۳۰ الی ۱۱۰ درجه سانتی گراد	-	۱۴۰۱	-
۳۳	دیتا لاگر	AI-36	دارستان صنعت	ایران	DS-87	0.1	سالانه	۱۴۰۱	FF3805D8313054 4E43195328
۳۴	کوره	AI-37	آذرکوره	ایران	M2L-1200	1 °C		۱۴۰۱	40102088
۳۵	اسپلیت	AI-38							
۳۵	هات پلیت مگنت دار	AI-39	آلفا	ایران	D-500	1	-	۱۴۰۱	15273
۳۶	هارد اکسترنال - ۲ ترا	AI-40	Silicon-power	تایوان	Armor A60	-	-	تیر ۱۴۰۲	۴۷۱۳۴۳۶۱۳۱۷۰۰ SP020TBPHDA6 0S3A
۳۷	دیجیتال وکیوم ریگلاتور	AI-41	CANNON	USA	DVR-3000	0.01 mmhg	۱ ساله	تیر ۱۴۰۲	1809-A1723
38	R.T.F.O.T	AI-42	MATEST	ITALY	B066M	Ttemperature= 0. 1 °C Round:0.1rpm	۱ ساله	مرداد ۱۴۰۲	N.B066M/BB/00 14
39	VDO	AI-43	MATEST	ITALY	B091M-01	Temperature= 0. 1 °C Vacuum:0.01KPa	۱ ساله	مرداد ۱۴۰۲	B091M- 01/BC/0005

بازنگری: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

انبارگردان: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

لیست تجهیزات آزمایشگاه عایق اصفهان



ردیف	نام دستگاه / تجهیزات	کد دستگاه	شرکت سازنده	کشور سازنده	مدل	ریزننگری (دقت)	دوره کالیبراسیون	سال بهره برداری	شماره سریال
40	PAV	AI-44	MATEST	ITALY	B091M	Ttemperature= 0.1°C Pressure:0.001MPa	۱ ساله	مرداد ۱۴۰۲	B091M/BB/0011
41	BBR	AI-45	MATEST	ITALY	B216	Ttemperature= 0.1°C Movement:0.001MM Force: 0.001N	۱ ساله	مرداد ۱۴۰۲	B216/BC/0009
42	DSR	AI-46	Rheo Test	GERMANY	RN5.3	Temperatur= 0.01°C Movement:0.001MM Force: 0.001N	۱ ساله	مرداد ۱۴۰۲	630
43	Compressed Air Dryer	AI-47	Mikro Por	Turkey	IS30	1°C	-	مرداد ۱۴۰۲	IS401021422
44	Oven Ai forced air drying oven achieves uniform temps up to 250°C. 4.8 cu ft capacity. Great for sterilization, etc. Holds up to 7 shelves.	AI-48	Memmert	GERMANY	UF55m	Ttemperature= 0.1°C	۱ ساله	مرداد ۱۴۰۲	B222.2857
45	ترازو ۳ صفر	AI-49	Sartorius	GERMANY	BCE323-1S	0.001gr	۱ ساله	شهریور ۱۴۰۲	S/N0042801505